



Ajuntament  
Granollers

## SERVEI D'ANÀLISI DEL LABORATORI MUNICIPAL DE SALUT PÚBLICA de DE GRANOLLERS

**RECOMANACIONS PER A LA RECOLLIDA DE MOSTRES D'AIGUA I  
INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL SERVEI D'ANÀLISI QUE ES  
SOL·LICITA**

Laboratori Municipal de Salut Pública  
C. Joan Camps i Giró, 3  
Tl.: 93 879 57 69  
laboratori@granollers.cat

### **RECOLLIDA DE MOSTRES D'AIGUA**

#### **RECIPIENT**

- Flascó estèril d'entre 0,5-1,5 litres. Habitualment s'utilitzen els flascons de recollida d'orina de 24h, nous.

#### **PUNT DE RECOLLIDA**

- Si es vol conèixer la qualitat de l'aigua que es consumeix, la mostra es pren d'una aixeta o d'un punt d'ús.
- Si es vol conèixer la qualitat de l'aigua en origen, s'agafa directament del pou, d'una sortida de bombeig o d'un punt on no ha rebut cap tractament ni ha estat emmagatzemada.

#### **QUAN S'HA DE RECOLLIR LA MOSTRA**

- És aconsellable recollir-la immediatament abans de dur-la al laboratori. Per tant, cal preveure quan es farà el trasllat.
- El temps entre la recollida i el trasllat al laboratori ha de ser el menor possible.
- S'ha de conservar en fred fins que és lliurada al Laboratori (4°C).
- Quan es lliura la mostra al Laboratori s'ha d'informar de quan s'ha recollit. Si el Laboratori considera que es pot haver alterat, ho comunicarà i pot recomanar una nova recollida.

#### **COM S'HA DE RECOLLIR LA MOSTRA**

- D'una aixeta:
  - Es flameja la sortida de l'aixeta amb un encenedor.
  - S'obre l'aixeta i es deixa córrer l'aigua aproximadament 2 minuts per eliminar la que hi ha acumulada a les canonades.
  - El recipient s'ha d'obrir immediatament abans de recollir la mostra. Res pot tocar l'interior del flascó ni l'interior del tap. Si s'ha de deixar el tap sobre una superfície, ha de quedar amb la part interior mirant enlaire.
  - Es tanca el recipient.
- D'un pou, dipòsit o similar:
  - Si l'aigua està a l'abast per recollir la mostra:
    - El recipient s'ha d'obrir immediatament abans de recollir la mostra. Res pot tocar l'interior del flascó ni l'interior del tap. Si s'ha de deixar el tap sobre una superfície, ha de quedar amb la part interior mirant enlaire.
    - Es submergeix el flascó i s'omple fins a dalt. Si hi ha substàncies flotants s'ha de procurar que no s'introdueixin al recipient.
    - Es tapa el recipient.
  - Si l'aigua no està a l'abast de la persona que recull la mostra:
    - Es lliga el flascó a un pes i una corda de manera que la boca quedi cap amunt.
    - S'introdueix el flascó a l'aigua perquè s'enfonsi i s'ompli fins a dalt, procurant que si hi ha substàncies flotants no s'introdueixin al recipient.
    - Es treu el flascó i es tapa immediatament.

### **LLIURAMENT DE LA MOSTRA AL LABORATORI**

- La mostra s'ha de dur directament al Laboratori, al C. de Joan Camps i Giró, 3, dins el seu horari de funcionament (de dilluns a divendres, de 8 a 13 h).
- És recomanable informar-ne prèviament al telèfon 93 879 57 69.

### **PAGAMENT DE L'ANÀLISI**

- Quan es lliura la mostra al Laboratori es recullen les dades de qui fa la petició (Nom, NIF, adreça, adreça electrònica i telèfon)
- L'import de l'anàlisi es calcula a partir del preus aprovats en l'Ordenança fiscal vigent
- Es genera una carta de pagament que s'envia a l'adreça electrònica facilitada
- El pagament s'ha de fer a qualsevol de les entitats bancàries que s'indiquen a la carta de pagament o amb targeta a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers ([www.granollers.cat](http://www.granollers.cat)), a l'apartat *Pagament de rebuts*
- Fet el pagament per qualsevol d'aquests sistemes, cal enviar el justificant a l'adreça electrònica [salutpublicaiconsum@ajuntament.granollers.cat](mailto:salutpublicaiconsum@ajuntament.granollers.cat)
- Haver formalitzat el pagament és condició necessària per a l'enviament de l'informe de resultats.

### **INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DELS RESULTATS ANALÍTICS**

Si desitgeu algun aclariment de l'informe d'anàlisi o de com interpretar els resultats podeu adreçar-vos al mateix laboratori (93 879 57 69) o al servei de Salut Pública i Consum (93 842 66 68).